

Начальнику установи - лікареві
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про технічне обслуговування обладнання

Прошу Вас дозволити провести ремонт і технічне обслуговування **автоматичного імуноферментного аналізатора LABLINE-090** в клініко-діагностичній лабораторії лабораторного відділення ДК 021:2015 - 50420000-5.

Перелік робіт:

- Діагностика технічних характеристик основних функціональних вузлів приладу ;
- Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Probe X, Probe Z ;
- Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Plate X, Plate Y ;
- Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Wash Head Z ;
- Очистка та змазка основних механічних вузлів приладу: Rack 1, Rack 2 ;
- Очистка та регулювання приводних ременів та ущільнювачів, при необхідності заміна ;
- Очистка, змазування та налаштування швидкості обертання колеса фільтрів ;
- Перевірка напруги та заміна ксенонових ламп в оптичних каналах фотометричного блоку;
- Налаштування фотометричного блоку відносно початкового A01 та кінцевого H12 положень ;
- Очистка та промивка миючої голівки ;
- Очистка та промивка пробовідбірника ;
- Заміна «O-Ring» прокладки пробовідбірника ;
- Очистка та промивка промивної чаші «Cup, Wash»
- Заміна прокладок в шприцах дилютора: 50 мкл, 2,5 мл ;
- Заміна гідрофобного фільтру «Exhaust Filter» ;
- Перевірка та налаштування вакууму та тиску промивної системи ;
- Юстування основних функціональних вузлів приладу ;
- Проведення повного тестування приладу з використанням набору «Performance Check» .

**Начальник лабораторного
відділення-лікар**

Юлія КОРЯВЕЦЬ

ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-221 від 11.04.2024 (2645)

Підписав: Корявець Юлія Петрівна

Сертифікат: 5E984D526F82F38F04000000DC6255012A00F304

Дійсний: з 19.03.2024 06:06:35 по 19.03.2025 21:59:59

