

Начальнику ДУ «ТМО МВС України
по Чернігівській області»-лікарю
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

Гарбузовою А.

до роз'яснень
12.08.23

Доповідна записка

Згідно із бюджетним запитом на 2023 рік, прошу закупити на лабораторне відділення даний товар. Код ДК-33190000-3.

№	Код НК 024:2019	Найменування	Технічні вимоги	К-сть	
1	43761	Мікропробірка ПП 1,5 мл. тип Eppendorf, градуйована, з пробкою	Пробірка має: - бути прозорою; - мати маркування та поле для підпису; - витримувати центрифугування 20000 g; - бути терморезистентною та витримувати - температуру -80 °С до +120 °С. В складі пропозиції учасником мають бути надані копії документів, що свідчать про сертифікацію виробника/виробництва відповідно вимогам стандартів: ISO 13485, ISO 45001:2018 та ISO 14001. В разі якщо документи в оригіналі викладені мовою іншою ніж українська, вони мають супроводжуватися перекладом на українську мову.	10	уп
2	16822 - Наконечник піпетки	Наконечники для дозаторів, CLEARLINE®, універсальні, подовжені, стерильні, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів, з поверхнею повного зливу "low Binding", з фільтром 50- 1250 мкл.	Наконечник має: - бути діапазоном дозування 50-1250 мкл; - бути універсальні; - бути подовжені; - бути з фільтром; - бути з поверхнею повного зливу "low Binding"; - бути вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів; - бути стерильні. В складі пропозиції учасником мають бути надані копії документів, що свідчать про сертифікацію виробника/виробництва відповідно вимогам стандартів: ISO 13485, ISO 45001:2018 та ISO 14001. В разі якщо документи в оригіналі викладені мовою іншою ніж українська, вони мають супроводжуватися перекладом на українську мову.	25	уп

Чернігівська обласна адміністрація
Служба економіки та інвестицій
Служба управління закупівлями
Служба управління інформаційними ресурсами
Служба управління матеріальною базою
Служба управління фінансовими ресурсами
Служба управління юридичними питаннями
Служба управління кадровими ресурсами
Служба управління матеріальною базою
Служба управління інформаційними ресурсами
Служба управління фінансовими ресурсами
Служба управління юридичними питаннями
Служба управління кадровими ресурсами

Вих. № 33/45-186
2023 р.

Кількість арк. _____

Осн. В.С.4

3	16822 - Наконечник піпетки	Наконечники з фільтром для дозаторів універсальні 200 мкл, прозорі, в пакеті, не стерильні	Наконечники мають: - бути діапазоном дозування до 200 мкл; - бути універсальні; - бути з фільтром; - бути з поверхнею повного зливу; - бути вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів; - бути нестерильні; - бути в пакованні по 1000 штук.	12	
4	16822 - Наконечник піпетки	Наконечники для дозаторів, CLEARLINE®, універсальні типу Gilson, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів, з поверхнею повного зливу "low Binding", з фільтром 0,1- 10 мкл.	Наконечник має: - бути діапазоном дозування 0,1-10 мкл; - бути універсальні; - бути з фільтром; - бути з поверхнею повного зливу "low Binding"; - бути вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів; - бути в пакованні по 1000 штук. В складі пропозиції учасником мають бути надані копії документів, що свідчать про сертифікацію виробника/виробництва відповідно вимогам стандартів: ISO 13485, ISO 45001:2018 та ISO 14001. В разі якщо документи в оригіналі викладені мовою іншою ніж українська, вони мають супроводжуватися перекладом на українську мову.	5	уп
5	43761 - Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD)	Центрифужна мікропробірка на 0,2 мл. без градування, ПП, з плоскою пробкою, для ПЛР, пакування	Пробірка має: - бути вироблена з поліпропілену; - бути призначеною для ПЛР; - бути градуйованою; - мати внутрішній діаметер 0,7 см; - бути висотою 2,1 см; - бути з плоскою пробкою; - бути об'ємом 0,2 мл.	4	уп
6	16822 - Наконечник піпетки	Наконечники жовті типу Eppendorf до 200 мкл.	Наконечник має: - бути жовтого кольору; - набирати відповідний об'єм; - бути типу Eppendorf.	5	уп


7	16822 - Наконечник піпетки	Наконечники для дозаторів, короткі, типу Gilson, 0,1-10 мкл.	Наконечник мас: - бути нейтрального кольору; - набирати відповідний об'єм; - бути універсальними та підходити до різних дозуючих піпеток. В складі пропозиції учасником мають бути надані копії документів, що свідчать про сертифікацію виробника/виробництва відповідно вимогам стандартів: ISO 13485, ISO 45001:2018 та ISO 14001. В разі якщо документи в оригіналі викладені мовою іншою ніж українська, вони мають супроводжуватися перекладом на українську мову.	6	уп
8	16822 - Наконечник піпетки	Наконечники типу Gilson до 1000 мкл.	Наконечник мас: - бути синього кольору; - набирати відповідний об'єм; - бути типу Gilson.	20	уп
9	42875 — Мікропіпетка механічна	Дозатор перемінного об'єму 0,5-10 мкл.	Дозатор мас: - бути призначений для дозування рідини об'ємом від 0,5 до 10 мкл; - бути з кроком дозування 0,01 мкл; - бути виготовлений з міцного, стійкого до хімреагентів та вологи матеріалу; - мати цифровий дисплей на 4 цифри; - відповідати наступному параметру: точність: $\pm 2.5-1.0\%$ (або краще); - відповідати наступному параметру: відтворюваність: $\leq 1.50-0.40\%$ (або краще); - постачатися в комплектації: дозатор, калібрувальний ключ, змазка, настільний штатив-кріплення, зразки наконечників, інструкція з експлуатації, сертифікат якості, гарантійний талон; - постачатися зі свідоцтвом про перевірку відповідно діючим ДСТУ, виданим не раніше півроку відносно дати постачання; - витримувати повторювану стерилізацію у автоклаві за температури $+121^{\circ}\text{C}$ і тиску 1 атм не менше 20 хвилин; - бути сертифікований та мати відповідне маркування CE; В складі пропозиції учасником мають бути надані копії документів, що свідчать про сертифікацію виробника/виробництва відповідно вимогам стандартів: ISO 13485, ISO 45001:2018 та ISO 14001. В разі якщо документи в оригіналі викладені мовою іншою ніж українська, вони мають супроводжуватися перекладом на українську мову.	1	шт

10	42875 — Мікропіпетка механічна	Дозатор перемінного об'єму 5-50 мкл.	<p>Дозатор має:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бути призначений для дозування рідини об'ємом від 5 до 50 мкл; - бути з кроком дозування 0,05 мкл; - бути виготовлений з міцного, стійкого до хімреагентів та вологи матеріалу; - мати цифровий дисплей на 4 цифри; - відповідати наступному параметру: точність: $\pm 2.0-1.0\%$ (або краще); - відповідати наступному параметру: відтворюваність: $\leq 1.50-0.25\%$ (або краще); - постачатися в комплектації: дозатор, калібрувальний ключ, змазка, настільний штатив-кріплення, зразки наконечників, інструкція з експлуатації, сертифікат якості, гарантійний талон; - постачатися зі свідоцтвом про перевірку відповідно діючим ДСТУ, виданим не раніше півроку відносно дати постачання; - витримувати повторювану стерилізацію у автоклаві за температури $+121^\circ\text{C}$ і тиску 1 атм не менше 20 хвилин; - бути сертифікований та мати відповідне маркування CE; <p>В складі пропозиції учасником мають бути надані копії документів, що свідчать про сертифікацію виробника/виробництва відповідно вимогам стандартів: ISO 13485, ISO 45001:2018 та ISO 14001. В разі якщо документи в оригіналі викладені мовою іншою ніж українська, вони мають супроводжуватися перекладом на українську мову.</p>	1	
11	42875 — Мікропіпетка механічна	Дозатор перемінного об'єму 100- 1000 мкл.	<p>Дозатор має:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бути призначений для дозування рідини об'ємом від 100 до 1000 мкл; - бути з кроком дозування 1 мкл; - бути виготовлений з міцного, стійкого до хімреагентів та вологи матеріалу; - мати цифровий дисплей на 4 цифри; - відповідати наступному параметру: точність: $\pm 1.5-0.6\%$ (або краще); - відповідати наступному параметру: відтворюваність: $\leq 0.30-0.15\%$ (або краще); - постачатися в комплектації: дозатор, калібрувальний ключ, змазка, настільний штатив-кріплення, зразки наконечників, інструкція з експлуатації, сертифікат якості, гарантійний талон; - постачатися зі свідоцтвом про перевірку відповідно діючим ДСТУ, виданим не раніше півроку відносно дати постачання; - витримувати повторювану стерилізацію у автоклаві за температури $+121^\circ\text{C}$ і тиску 1 атм не менше 20 хвилин; - бути сертифікований та мати відповідне маркування CE; <p>В складі пропозиції учасником мають бути надані</p>	1	шт

			копії документів, що свідчать про сертифікацію виробника/виробництва відповідно вимогам стандартів: ISO 13485, ISO 45001:2018 та ISO 14001. В разі якщо документи в оригіналі викладені мовою іншою ніж українська, вони мають супроводжуватися перекладом на українську мову.		
12	15186 - Штатив на пробірки	Штатив-перекладина універсальний для дозаторів	Штатив має: - бути призначений для зберігання дозаторів різних об'ємів у підвищеному стані; - бути розрахованим на зберігання до 5 дозаторів; - бути виготовлений з міцного, стійкого до хімреагентів та вологи ABS-пластику; - бути виготовлений у формі літери L з міцними боковими стійками та перекладиною між ними. В складі пропозиції учасником мають бути надані копії документів, що свідчать про сертифікацію виробника/виробництва відповідно вимогам стандартів: ISO 13485, ISO 45001:2018 та ISO 14001. В разі якщо документи в оригіналі викладені мовою іншою ніж українська, вони мають супроводжуватися перекладом на українську мову.	2	шт
13	61032 - Кювети для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання	Реакційні кювети SRC - 10, напівавтомат	Використовуються при дослідженнях порушень гемостазу на підставі аналізу часу утворення згустку фібріногена у тестованій суміші., фас. 2x500 шт. – пак. Сумісність з коагулометром ECL 412. Erba Lachema s.r.o. (Czech Republic)	3	пак

Начальник лабораторного відділення-лікар

12.04.2023



Юлія Корявець

0 23/45-18 2023